

## 经验证的动态血压监测设备

2021年9月 20日从www.stridebp.org生成的清单

首选设备: 用于24小时动态血压监测的是过去10年内发表过至少一项由STRIDE BP批准的验证研究并采用某项近期协议 [AAMI/ESH/ISO 2018、ANSI/AAMI/ISO 2013或2009、ESH-IP 2010] 的上臂袖带设备  
经验证的设备: 已经通过了由STRIDE BP科学顾问委员会检查批准的既定验证程序。

\* 等效或相同设备: 等效设备未经验证 [但已提供证据表明其等同于已经符合验证设备标准的某款设备 (见上文), 并已获得STRIDE BP科学顾问委员会批准。除了型号名称变化外 [相同设备与STRIDE BP批准的设备没有差异。

### 首选设备(上臂) (17)

A&D TM-2440 *	Microlife WatchBP O3 (BP3SZ1-1) *
A&D TM-2441	Microlife WatchBP O3 AFIB *
Andon iHealth CardioMed ABP100	Novacor Diasys 3 (DIS-0001-00)
Beneware ABP-021	Novacor Diasys 3 Plus (DIP-0001-00)
Custo Med custo screen 400	PAR Medizintechnik & Co. PHYSIO-PORT UP
Custo Med custo screen pediatric	PAR Medizintechnik & Co. TONOPORT VI
Hingmed WBP-02A	Philips DL8760
Meditech ABPM-06	SpaceLabs 90227
Microlife Watch BP O3	

### 经验证的上臂设备 (18)

A&D TM-2420	Microlife WatchBP O3 (BP 3MZ1-1)
A&D TM-2430	Petr Telegin BPLab
Cardiette BP one	Schiller BR-102 plus
Disetronic Profilomat	SpaceLabs 90207
EnviteC PhysioQuant	SpaceLabs 90217
GE Healthcare TONOPORT V	Suntech AGILIS
IEM Mobil O Graph (version 12)	Suntech Oscar 2
IEM mobil-O-Graph	TensioMed Tensioday
Meditech ABPM-04	Tiba Medical Ambulo 2400

#### 执行管理委员会

G. Stergiou	希腊	主席
E. O' Brien	爱尔兰	联席主席
M. Myers	加拿大	
P. Palatini	意大利	
G. Parati	意大利	
A. Schutte	澳大利亚	
J. Wang	中国	

#### 顾问委员会

R. Asmar	法国	N. Karpettas	塞浦路斯	A. Shennan	英国
G. Bilo	意大利	K. Kario	日本	J. Staessen	比利时
A. de la Sierra	西班牙	A. Kollias	希腊	M. Weber	美国
P. de Leeuw	荷兰	E. Manios	希腊		
E. Dolan	爱尔兰	A. Mihailidou	澳大利亚		
G. Head	澳大利亚	A. Murray	英国		
Y. Imai	日本	T. Ohkubo	日本		