

经验证的妊娠/子痫前期血压测量设备

2021年9月 20日从www.stridebp.org生成的清单

首选设备: 是过去10年内发表过至少一项由STRIDE BP批准的验证研究并采用某项近期协议 (AAMI/ESH/ISO 2018、ANSI/AAMI/ISO 2013或2009、ESH-IP 2010) 的上臂袖带设备。家用首选设备还应能自动存储多个读数 或能通过连接手机、个人电脑或互联网传输数据。

经验证的设备: 已经通过了由STRIDE BP科学顾问委员会检查批准的既定验证程序。

* 等效或相同设备: 等效设备未经验证 但已提供证据表明其等同于已经符合验证设备标准的某 款设备 (见上文), 并已获得STRIDE BP科学顾问委员会批准。除了型号名称变化外 相同设备与STRIDE BP批准的设备没有差异。

诊室血压测量设备

首选设备 (2)

Microlife 3AS1-2

Microlife VSA (BP3GP1-1L) *

经验证的设备 (2)

Dinamap ProCare 400

Welch Allyn Vital Signs

家庭血压监测设备

首选设备 (21)

Andon iHealth Track

Omron M500 Intelli IT (HEM-7361T-D) *

Omron BP760N (HEM-7320-Z)

Omron M6 Comfort (HEM-7321-E) *

Omron Evolv (HEM-7600T-E)

Omron M6 Comfort (HEM-7360-E) *

Omron HEM-9210T

Omron M7 Intelli IT(HEM-7361T-EBK) *

Omron M3 Comfort (HEM-7134-E)

Omron M7 Intelli IT (HEM-7322T-E) *

Omron M3 Comfort (HEM-7155-ALRU) *

Omron M7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) *

Omron M3 Comfort(HEM-7155-E) *

Omron X3 Comfort(HEM-7155-EO) *

Omron M4 Intelli IT (HEM-7155T-ALRU) *

Omron X4 Smart (HEM-7155T-ESL) *

执行管理委员会

G. Stergiou 希腊 主席
E. O' Brien 爱尔兰 联席主席
M. Myers 加拿大
P. Palatini 意大利
G. Parati 意大利
A. Schutte 澳大利亚
J. Wang 中国

顾问委员会

R. Asmar 法国
G. Bilo 意大利
A. de la Sierra 西班牙
P. de Leeuw 荷兰
E. Dolan 爱尔兰
G. Head 澳大利亚
Y. Imai 日本
N. Karpettas 塞浦路斯
K. Kario 日本
A. Kollias 希腊
E. Manios 希腊
A. Mihailidou 澳大利亚
A. Murray 英国
T. Ohkubo 日本
A. Shennan 英国
J. Staessen 比利时
M. Weber 美国

Omron M4 Intelli IT(HEM-7155T-EBK) *
Omron M400 Comfort (HEM-7155-D) *
Omron M400 Intelli IT (HEM-7155T-D) *

Omron X6 Comfort (HEM-7360-EO) *
Omron X7 Smart(HEM-7361T-ESL) *

经验证的设备 (8)

Microlife BP 3BTO-A
Microlife WatchBP Home
Microlife WatchBP Home A *
Microlife WatchBP Home A BT *

Microlife WatchBP Home S *
Omron M7 (HEM-780-E)
Omron MIT
Omron MIT Elite

动态血压监测设备

首选设备 (1)

PAR Medizintechnik & Co. PHYSIO-PORT UP

执行管理委员会

G. Stergiou 希腊 主席
E. O' Brien 爱尔兰 联席主席
M. Myers 加拿大
P. Palatini 意大利
G. Parati 意大利
A. Schutte 澳大利亚
J. Wang 中国

顾问委员会

R. Asmar	法国	N. Karpettas	塞浦路斯	A. Shennan	英国
G. Bilo	意大利	K. Kario	日本	J. Staessen	比利时
A. de la Sierra	西班牙	A. Kollias	希腊	M. Weber	美国
P. de Leeuw	荷兰	E. Manios	希腊		
E. Dolan	爱尔兰	A. Mihailidou	澳大利亚		
G. Head	澳大利亚	A. Murray	英国		
Y. Imai	日本	T. Ohkubo	日本		